ADESSOSPLIT® – das programm

plattensets

[10015] **ADESSO**SPLIT® System für Artex® Carbon
[10016] **ADESSO**SPLIT® System für Artex® / **CORSO**ART® A-Line & AC-Line

[10074-OK] **ADESSO**SPLIT® Inbusschrauben für Artex®-Artikulatoroberteil
[10074-UK] **ADESSO**SPLIT® Inbusschrauben für Artex®-Artikulatorunterteil

[10015-S18] **ADESSO**SPLIT® System für Artex® Carbon auf 116 mm

[10021] **ADESSO**SPLIT® Distanzplatte für Artex® Carbon
[10017-SC] **ADESSO**SPLIT® Sockelplatte für Artex® Carbon 18 mm inkl. Befestigungsschraube

[10015-S18] **ADESSO**SPLIT® System für Artex® Carbon auf 116 mm, inkl. Sockelplatte 18mm

[10188] **ADESSO**SPLIT® System Artex® in Kavo®
[10080] **ADESSO**SPLIT® System Artex® in SAM®
[10000] **ADESSO**SPLIT® System für SAM®/ **CORSO**ART® S-Line
[10036] **ADESSO**SPLIT® System für Dentatus®
[10037] **ADESSO**SPLIT® System für Balance®
[10143] **ADESSO**SPLIT® System für Reference SL®
[10086] **ADESSO**SPLIT® System für Stratos Ivoclar®
[10184] **ADESSO**SPLIT® System für Kavo® Protar®
[10184A] **ADESSO**SPLIT® System für Kavo® Protar® -evo-

zubehör

[10016-S] **ADESSO**SPLIT® Sockelplatte für Artex®
[10000-S] **ADESSO**SPLIT® Sockelplatte für SAM®
[10037-S] **ADESSO**SPLIT® Sockelplatte für Balance®

[10016-JS] **ADESSO**SPLIT® Justiersockelplatte für Artex®
[10000-JS] **ADESSO**SPLIT® Justiersockelplatte für SAM®
[10037-JS] **ADESSO**SPLIT® Justiersockelplatte für Balance®

[10019] **ADESSO**SPLIT® Zentrierschlüssel Typ: Artex®/ Stratos®/ **CORSO**ART® A-Line
[10020] **ADESSO**SPLIT® Zentrierschlüssel Typ: Artex® Carbon/ **CORSO**ART® AC-Line
[10009] **ADESSO**SPLIT® Zentrierschlüssel Typ: SAM® II P / **CORSO**ART® S-Line
[10040] **ADESSO**SPLIT® Zentrierschlüssel Typ: Balance®
[10109] **ADESSO**SPLIT® Zentrierschlüssel Typ: Rational®
[10052] **ADESSO**SPLIT® Zentrierschlüssel Typ: Panadent®
[10068] Holzetui für Zentrierschlüssel

[10003] **ADESSO**SPLIT® Magnetplatte
[10003-4] **ADESSO**SPLIT® Magnetplatte, 4er-Set

[10005] **ADESSO**SPLIT® Magnetheber

[10076] **ADESSO**SPLIT® Inbusschrauben für SAM® und Kavo®

[10004] **ADESSO**SPLIT® Mater mit Beschichtung (1-teilig, inkl. Magnet und Manschette)
[10111] **ADESSO**SPLIT® Mater mit Beschichtung (3-teilig, inkl. Magnet und Manschette)
[10006] **ADESSO**SPLIT® Manschette für Mater (Standard)

[12015] **ADESSO**SPLIT® Spezialspray
[12015-3] **ADESSO**SPLIT® Spezialspray (2+1 Aktion)

[10070] **ADESSO**SPLIT® Metallkleber, 25ml
[10071] **ADESSO**SPLIT® Metallkleber, 50ml
[10072] **ADESSO**SPLIT® Mischkanülen, 5er-Pack
[10073] **ADESSO**SPLIT® Metallkleber Pistole

[10007] **ADESSO**SPLIT® Haftplatten, 100 Stück
[10007-3] **ADESSO**SPLIT® Haftplatten, 300 Stück
[10007-5] **ADESSO**SPLIT® Haftplatten, 500 Stück
[10007-10] **ADESSO**SPLIT® Haftplatten, 1.000 Stück
[10007-20] **ADESSO**SPLIT® Haftplatten, 2.000 Stück
[10249] **ADESSO**SPLIT® Haftplatten aus magnetischem Edelstahl, 100 Stück

[10011] **ADESSO**SPLIT® Eingipsartikulator inklusive **ADESSO**SPLIT® System Bauhöhe 116 mm, verwendbar für Artex® und **CORSO**ART® A-Line
[10012] **ADESSO**SPLIT® Eingipsartikulator inklusive **ADESSO**SPLIT® System Bauhöhe 126 mm, verwendbar für Artex® Carbon und **CORSO**ART® AC-Line
[10140] **ADESSO**SPLIT® Eingipsartikulator inklusive **ADESSO**SPLIT® System Bauhöhe 121 mm, verwendbar für SAM® 2P/ SAM® 3 und **CORSO**ART® S-Line

[10087] **ADESSO**SPLIT® Frässockel bis 90° Neigung (inkl. **ADESSO**SPLIT® Platte und Magnetplatte)

[10185] **ADESSO**SPLIT® Frässockelplatte mit Adessoprofil (verwendbar z.B.: für die Hersteller DEGUSSA®, Schick usw.)

rechtliche hinweise

Alle Angaben dieser Dokumentation wurden mit größter Sorgfalt erarbeitet, Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Keine juristische Verantwortung auf Folgen von fehlerhaften Angaben oder unsachgemäßem Gebrauch.

mälzer dental

ADESSOSPLIT GLEICHSCHALTUNG

ADESSOSPLIT®
bedienungsanleitung

Artex® ist eine eingetragene Marke der AmannGirrbach GmbH, 75177 Pforzheim, DE · Kavo® und Protar® sind eingetragene Marken der Kaltenbach & Voigt GmbH, 88400 Biberach, DE · SAM® ist eine eingetragene Marke der SAM Prazisionstechnik GmbH 82131 Gauting, DE · Dentatus® ist eine eingetragene Marke der Dentatus International AB, Hägersten, SE · Adesso Split® ist eine eingetragene Marke von K. Baumann, 75210 Keltern, DE · Degussa® ist eine eingetragene Marke der Evonik Degussa GmbH, 45128 Essen, DE · CORSOART®, und DIVARIO® sind eingetragene Marken von C. Althaus, 31515 Wunstorf, DE

Schlesierweg 27 · 31515 Steinhude
Telefon: +49 (0) 50 33 / 963099-0 · Telefax: +49 (0) 50 33 / 963099-99
E-Mail: info@maelzer-dental.de · Internet: www.maelzer-dental.de

mälzer dental

bedienungsanleitung

Inzisalstift auf 0 stellen.

Bennettwinkel auf 0° stellen, Kondylenbahnneigungswinkel auf 35° stellen und Zentrik schließen.



Durch das Lösen der Inbusschrauben an der Unterseite des Artikulatoroberteils kann die Wechselplatte entfernt werden.

***ADESSO**SPLIT®-Sockelplatte im **CORSO**ART® Artikulatoroberteil festschrauben.*

Artikulator auf den Kopf stellen und den Zentrierschlüssel auf die Sockelplatte im Artikulatoroberteil setzen. Die Öffnung der Inbusschraube am Zentrierschlüssel zeigt zum Artikulatoroberteil und zum Inzisalstift.

*Justiersockelplatte auf Sauberkeit überprüfen und auf den **ADESSO**SPLIT® Zentrierschlüssel setzen.*

Vor dem Verkleben den Artikulator schließen. Die Justiersockelplatte muss einen Klebespalt von 1-2 mm zum Artikulatoroberteil aufweisen und der Inzisalstift Kontakt zum Frontzahnführungsteller haben.

*Um eine exakte Haftung zu gewährleisten, den **ADESSO**-SPLIT® Metallkleber inkl. Mischkanüle verwenden (Art.: 10070).*

Justiersockelplatte und Artikulatorunterteil entfetten und dann den Kleber mittig auf die Justiersockelplatte auftragen. Verarbeitungszeit ca. 3 min.

Zentrierschlüssel leicht nach hinten kippen, um den Artikulator zu schließen.

Kleber bei geschlossenem Artikulator ca. 160 min. aushärten lassen. Zur Fixierung des Artikulators ein Gummiband benutzen. Der Inzisalstift muss auf dem Frontzahnführungsteller aufliegen.

***ADESSO**SPLIT® Zentrierschüssel in zwei Hälften teilen und in den Artikulator einsetzen, um die exakte Justierung des Artikulators zu überprüfen.*